



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/451/2020/JRK

25 marca 2020 r.

**Wykonawcy postępowania AEZ/S-028/2020**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. **Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-028/2020,**

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Pakiet 3

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną bez funkcji automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania o nieco wyższej wysokości wirówki z otwartą pokrywą 36 cm, spełniającą pozostałe wymagane warunki techniczne? Przytoczone parametry które zostały powyżej wymienione nie są wprost odpowiedzialne za sam proces wirowanych próbek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w/w zakresie pozostawia zapis wymaganych parametrów technicznych bez zmian.

**Pytanie 2:**

Pakiet 4

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę, w której sterowanie odbywa się tylko za pomocą przycisków membranowych, o niewiele większej wysokości nieprzekraczającej 45cm, wadze do 65kg, z wirnikiem 36 miejscowym na próbki o pojemności 2ml oferujący możliwość rozpręczenia do ponad 22000 RPM, spełniającą pozostałe wymagane warunki techniczne? Przytoczone parametry które zostały powyżej wymienione nie są wprost odpowiedzialne za sam proces wirowanych próbek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości i wag wirówki w treści Załącznika nr 2.4, nadając nowe brzmienie:

Maksymalne wymiary zewnętrzne	szerokość 410 mm głębokość 740 mm wysokość <b>450 mm</b>	Należy podać
Waga	Nie większa niż <b>65 kg</b>	TAK/NIE

Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Zamawiającego pozostałe wymagane parametry Zamawiający pozostawia się bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: **30 marca 2020 r. do godz. 10.00.**

Termin otwarcia ofert: **30 marca 2020 r. o godzinie 10:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Joanna Romanowska-Kowalczyk