



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/570/2020/MZ

Data
23.04.2020 r.

**Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w zakresie dostawy objętej Pakietem 4**

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: **AEZ/S-028/2020** pn. *Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety*, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu:

I. w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 4: Dostawa wirówki z chłodzeniem na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM

1) Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:

**DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok**

Cena oferty brutto wynosi: **25 891,50 zł**

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 50/100)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania SIWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. Cena - 90%, Gwarancja 10%.

2) Oferty zostały złożone przez Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy
2	SanLab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa
6	MikroLAB Tadeusz Gągała ul. Puławska 21, 20-051 Lubli
7	DANLAB Danuta Katryńska ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok
8	MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa

3) Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium „Cena” (maks. 90 pkt)	Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” (maks. 10 pkt)	Razem liczba punktów
2	86,59	0	86,59
6	80,96	0	80,96
7	90	10	100,00

4) Wykonawcy wykluczeni z postępowania przetargowego: *nie dotyczy*.

5) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w *Formularzu wymaganych warunków technicznych* (Załączniku 2.4) wymagał aby oferowane urządzenie obsługiwane było za pomocą przycisków membranowych oraz obrotowego potencjometru. Zgodnie z treścią tego dokumentu urządzenie zapewnia obsługę tylko za pomocą przycisków membranowych.

Zamawiający wymagał również aby rotor kątowy zapewniał wirowanie minimum 40 próbek o pojemności 2 ml. Zgodnie z treścią oferty oferowane rotor kątowy zapewnia wirowanie do 36 próbek o pojemności 2 ml.

Zważywszy, że w treści oferty Wykonawca odwołał się do treści odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 25.03.2020 r., Zamawiający wyjaśnia, że w odpowiedzi tej. dokonał jedynie zmiany wysokości i wagi urządzenia, pozostawiając pozostałe parametry bez zmian.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.

6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, składane do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Dokładne informacje dotyczące składania odwołań znajdują się w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

Z poważaniem
Maria Zawadka
Sekretarz Komisji przetargowej