



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/2016/EJ

Data
13.10.2016 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
AEZ/S-145/2016

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu p.n. *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety; znak sprawy AEZ/S-145/2016*, informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Dotyczy Pakiet 4 załącznik 2.4 – Formularz wymaganych warunków technicznych:

Pytanie 1:

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści trwałość diody powyżej 25 000 godzin?

Odpowiedź:

Powyższy parametr znacząco odbiega od wymagania Zamawiającego (min. 50 000 godzin), w związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2:

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) powyżej 70?

Odpowiedź:

Wskaźnik odwzorowania kolorów jest istotnym parametrem lamp. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3:

Poz. 12: Czy Zamawiający dopuści wagę lampy poniżej 400 g?

Odpowiedź:

Wykonawca nie sprecyzował, czy wskazana waga lampy jest podana wraz z akumulatorem, czy bez. Zamawiający wymaga lampy, której masa (bez akumulatora) nie będzie przekraczała 260 g.

Pytanie 4:

Poz. 13: Czy Zamawiający dopuści lampę o odpowiedniej jakości, nie wymagającej montażu filtrów polaryzacyjnego?

Odpowiedź:

Wykonawca nie określił, co rozumie pod pojęciem „odpowiedniej jakości”, niemniej Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 13 załącznika nr 2.4 do SIWZ nadając jej brzmienie:

13.	Z filtrem polaryzacyjnym lub możliwością montażu filtra polaryzacyjnego - dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków	wymagany	(Należy podać)
-----	--	----------	----------------

Pytanie 5:

Poz. 18: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lamp bez lup?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Lampy mają służyć na salach operacyjnych, na blokach: kardiochirurgicznym, neurochirurgicznym oraz laryngologicznym. W związku z powyższym wyposażenie lamp w lupy jest niezbędne.

Dotyczy Pakiet 3 załącznik 2.3 – Formularz wymaganych warunków technicznych:

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania napędów do chirurgii urazowej o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Opis parametrów	Parametr oferowany
Jednostka napędowa traumatologiczna akumulatorowa - szt. 3		
11	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim:	2,2 Nm
17	Nasadka do drutów typu Kirschnera min. 0,7 – 1,8mm – 3 szt.	Nasadka do drutów typu Kirschnera 0,6 – 3,2 mm
18	Nasadka do drutów typu Kirschnera min. 2,0 – 3,2mm – 1 szt.	
22	Rękojeść z nasadką do piły oscylacyjnej - 1 szt.	
24	Częstotliwość cykli	19 000 cykli/min.

Powyższe pytanie służy umożliwieniu złożenia oferty równoważnej przez jednego ze światowych liderów w produkcji sprzętu medycznego, bowiem określone w SIWZ parametry graniczne, w ich obecnej konstrukcji, spełnić może wyłącznie jeden producent.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dn. 04.10.2016 dokonał zmiany poz. 11 Załącznika nr 2.3 pismem nr AEZ/362/1922/2016/EJ i nadał jej brzmienie:

1.	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim:	min. 2,2Nm	(Należy podać) Parametr punktowany: >3,0Nm – 10pkt >2,5-3,0Nm – 5pkt 2,2-2,5Nm – 0pkt
----	--	------------	---

oraz dokonuje zmiany treści poz. 17, 18 i 24 poprzez zmianę poz. 17 i 24 oraz wykreślenie poz. 18:

17.	Nasadka do drutów typu Kirschnera	Do wyboru: nasadki: a) min. 0,7 – 1,8mm – 3 szt. b) min. 2,0 – 3,2mm – 1 szt. lub nasadki: a) min. 0,7 – 3,2mm – 4 szt.	(Należy podać)
18.	Nasadka do drutów typu Kirschnera min. 2,0 – 3,2mm – 1 szt.	wymagana	(Tak/Nie)
24.	Max. częstotliwość oscylacji	min. 19 000 cykli/min.	(Należy podać)

Pytanie 7:

Dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz formularza wymaganych warunków technicznych (załącznik nr 2.2): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 8:

Dotyczy zapisów SIWZ – rozdział IX pkt. 3, podpunkt 3, pozycja „a)”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie kart katalogowych/ materiałów autoryzowanego dystrybutora celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w formularzu wymaganych warunków technicznych?

Odpowiedź:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem (...) autoryzowanego przedstawiciela producenta, rozumie podmiot uprawniony przez producenta do wytwarzania ww. dokumentów w jego imieniu. W przypadku, gdy autoryzowany dystrybutor posiada uprawnienia jw. Zamawiający uzna przedłożone dokumenty za wiążące.

Pytanie 9:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany czas reakcji serwisu „48 godzin” liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

W par 4 ust 3 Załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający w sposób jednoznaczny przesądził, że do czasu reakcji serwisu „48 godzin” znajdują zastosowanie postanowienia zdania pierwszego tj. „w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Pytanie 10:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin naprawy liczony był w dniach roboczych?

Pytanie 11:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Pytanie 12:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw wymagających naprawy poza granicami RP/ sprowadzenia części?

Pytanie 13:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 8 podpunkt 1, podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy zapisów podpunktu 1 i podpunktu 2, ponieważ Wykonawca na czas naprawy zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego?

Pytanie 14:

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ustęp 8 podpunkt 2: Zwracamy się z prośbą o usunięcie podpunktu 2, ponieważ powierzenie naprawy nieautoryzowanemu serwisowi producenta w okresie gwarancji powoduje automatycznie utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje pozwalające na zapewnienie każdorazowo przywrócenia funkcjonowania urządzenia zgodnie ze standardem odpowiadającym deklaracji zgodności, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.


Zwracamy się z prośbą o usunięcie podpunktu 2 ponieważ powierzenie naprawy nieautoryzowanemu serwisowi producenta w okresie gwarancji powoduje automatycznie utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

Pytanie 15:

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 4 ustęp 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 10: „Jeżeli sprzętu lub modułu sprzętu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, Zamawiający może żądać wymiany tego sprzętu lub modułu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt lub moduł w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż 40 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji sprzętu lub modułu wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia”?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353¹ KC).

Pytanie 16:

MO  3

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 4 ustęp 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres rękojmi wynosił 24 miesiące niezależnie od okresu udzielonej gwarancji?

Pytanie 17:

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 6 ustęp 1 podpunkt 1: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie następującego zwrotu: „ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.”?

Pytanie 18:

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 6 ustęp 1 podpunkt 2, 3, 4, 5, 6: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie następującego zwrotu: „ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.”?

Pytanie 19:

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 6 ustęp 1 podpunkt 3-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone były od urządzenia którego dotyczy opóźnienie, a nie od całej umowy?

Odpowiedź na Pytanie 10 - 19:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 20:

Dotyczy zapisów wzoru umowy, paragraf 6 ustęp 1 podpunkt 3-5: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy dotyczące kar nie będą realizowane w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni?

W związku z powyższym prosimy o dopisanie do ww. ustępu następującego zapisu: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy (Załącznika nr 7) poprzez dodanie w par. 6 po ust. 1 ustęp 1a), który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa w par. 4 ust. 7, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w par. 6 ust. 1 pkt 3.”

Zmienione Załączniki nr 2.3, 2.4 oraz 7 do SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

Jednocześnie Zamawiający, w związku ze zmianą strony internetowej, dokonał zmiany treści ogłoszenia w zakresie adresu internetowego.

Adres internetowy po zmianie: <http://dzp.wum.edu.pl/>

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.11.2016 r., składanie ofert do godziny 09:30, otwarcie ofert o godzinie 10:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Marta Kuczabska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20-373, faks: 0-22 57-20-331
e-mail: elzbieta.jakoniuk@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Jakoniuk

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Elżbieta Jakoniuk