

Ogłoszenie nr 540031968-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510290-N-2020

Data: 07/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28891700000000, ul. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 720 366, e-mail aez@wum.edu.pl, faks 225 720 363.

Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: DATA: 2020-02-17, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: DATA: 2020-02-28, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Sprawa AEZ/S-003/2020 Załącznik 2.11 pakiet 11 Formularz wymaganych warunków technicznych Zamrażarka niskotemperaturowa, szt. 1 (wniosek 2019/EL/ 8830 dla 1S17) Lp Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne Parametr wymagany Parametr oferowany 1. zamrażarka niskotemperaturowa producent Należy podać model Należy podać urządzenie nowe, nieużywane Tak/Nie 2. data produkcji nie wcześniej niż 2016 r. Należy podać Wymagania techniczne 3. zamrażarka skrzyniowa otwierana od góry Tak/Nie 4. niskotemperaturowa Tak/Nie 5. zakres temperatury min. (od -60 °C do -80) °C Należy podać 6. układ chłodzenia jednokompresorowy Tak/Nie 7. drzwi zamykane mechanicznie na klucz Tak/Nie 8. sterowanie kontroli temperatury mikroprocesorowo Tak/Nie 9. panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem w górnej części urządzenia Tak/Nie 10. wyświetlane komunikaty tekstowe w języku polskim lub angielskim Tak/Nie 11. alarm optyczny i dźwiękowy min: - przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury, - nieprawidłowego funkcjonowania systemu chłodzenia, - otwartych drzwi, - braku zasilania Tak/Nie 12. pojemność użytkowa 75 l ± 5 l Należy podać 13. obudowa zamrażarki ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem Tak/Nie 14. kolor biały Tak/Nie 15. wnętrze przestrzeni roboczej ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem kolor biały Tak/Nie 16. wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) maks. (560 x 690 x 950) mm Należy podać 17. izolacja w technologii pianki poliuretanowej lub próżniowa Tak/Nie 18. waga zamrażarki maks. 70 kg Należy podać 19. ekologiczne, czynniki chłodnicze wymagane Tak/Nie 20. możliwość (opcjonalnie) przystosowania zamrażarki do systemu awaryjnego zasilania CO2 Tak/Nie 21. możliwość (opcjonalnie) przystosowania zamrażarki do powiadamiania pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Strona 1 z 2

Ryszard Lewandowski
Dział Zamówień Publicznych WUM
ul. Żwirki i Wigury 61. 02-091 Warszawa
tel.: 022 572-03-99. faks: 022 572-03-63
e-mail: aez@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

o stanach alarmowych Tak/Nie 22. bateryjne podtrzymanie pracy sterownika min. 70
godz. Tak/Nie 23. automatyczne (ponowne) włączanie zamrażarki po awarii zasilania
wymagane Tak/Nie 24. zużycie energii $\leq 3,85$ kWh/24h Parametr punktowany 25.
zasilanie 230 V, 50 Hz Tak/Nie Inne wymagane dokumenty 26. instrukcja obsługi w
języku polskim i angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą
Tak/Nie Miejscowość,
Data Podpis osoby upoważnionej
W ogłoszeniu powinno być: .

AGENCIJA
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Ryszard Lewandowski